



**CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - MS**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 206 – CENTRO - CEP. 79.240-000 - JARDIM - MS

<b>PROTOCOLO</b>		
Recebido em <b>10/08/2020</b>	<b>Indicação</b>	<b>24/2020</b> NÚMERO
Registrado sob o nº <b>d7d3d6e9</b>		
Sessão de <b>11/08/2020</b>		
Funcionário.....		
<b>AUTORIA: Ver. Jaime Medeiros Echeverria</b>		

**INDICAMOS** ao Sr. Prefeito Municipal, Sr. Guilherme Alves Monteiro, ouvido o plenário na forma regimental, para que determine ao setor competente da municipalidade, que seja feito uma manutenção na parte elétrica da UTI Móvel, pois verificamos, in-loco, que a mesma está sem iluminação Interna e o Técnico de Enfermagem e o Médico Sanitarista têm que fazer uso do celular e lanterna, para monitorar o paciente. É importante termos este suporte de vida em perfeito estado e em condições de uso.

Esperamos o atendimento de nossa proposição e contamos com a aprovação dos Nobres Pares.

**Sala das Sessões, 11 de Agosto de 2020**

**Ver. Jaime Medeiros Echeverria**  
**Vereador(a) - PATRIOTA**

